

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

EA - A - 332 - 3321 - 13/09

Katowice dn. 20.08.2009r.

Sekretariat PWIS

032 351 23 15

Główny Specjalista ds. Systemu

Jakości

032 351 23 54

Kierownik Działu Nadzoru

Sanitarnego

032 351 23 54

Oddział Epidemiologii

032 351 23 10

Oddział Higieny Żywności,

Żywnienia i Przedmiotów Użytku

032 351 23 24

Oddział Higieny Komunalnej

i Środowiska

032 351 23 04

Oddział Higieny Pracy

032 351 23 28

Oddział Higieny Dzieci

i Młodzieży

032 257 04 05

Oddział Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego

032 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej

032 351 23 27

Oddział Oświaty Zdrowotnej

032 251 51 08

Dział Laboratoryjny

032 351 23 34

Punkt informacyjny

032 351 23 00

Oddział Ekonomiczny

032 351 23 09

Oddział Administracyjny

032 351 23 40

Sekcja ds. Zamówień

Publicznych

tel./fax: 032 351 23 45

Sekcja Kadr i Szkolenia

032 351 23 38

Sekcja Organizacji i Kontroli

032 351 23 39

Kasa

032 351 23 42

fax :

032 351 23 02

032 351 23 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. Zamawiający

Wojewódzka Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Katowicach (WSSE)

40- 957 Katowice, ul. Raciborska 39

Regon: 000296880

NIP: 634 - 10 – 45 - 231

Telefon: (032) 351 23 00

Fax: 032/351-23-18

e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 133 000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej „Pzp” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie **sprzętu laboratoryjnego opisanego w załączniku nr 1 (zadania nr 1 – 5)**, szkolenia w zakresie ich obsługi i eksploatacji oraz bezpłatne serwisowanie w okresie gwarancyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

- 1. Aparat do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR – 38951000-6**
- 2. Inkubator – 33152000-0**
- 3. Wirówka laboratoryjna – 42931100-2**
- 4. Termostat laboratoryjny – 38436300-3**
- 5. Wytwornica do lodu – 42513100-6**

IV. Termin realizacji zamówienia – do 21 dni od daty zawarcia umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z art. 22. ust. 1 Pzp. oraz nie występowanie przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z postępowania, wynikających z art. 24 ust. 1 i ust. 2

z wyłączeniem obowiązku wniesienia wadium. Spełnienie warunków będzie oceniane na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI SIWZ.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia:

- a. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b. Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2).
- c. Oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (załącznik nr 3).
- d. Oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Urzędu Skarbowego (załącznik nr 4).
- e. Certyfikat zgodności z wymogami CE wraz z tłumaczeniem na język polski do danego urządzenia.

Uwaga: wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę.

VII. Opis sposobu porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym

Zamawiający przyjmuje zgodnie z art. 27 PZP, że w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Ze względu na konieczność prowadzenia postępowania przetargowego wyłącznie w formie pisemnej, Zamawiający niezwłocznie udzieli dodatkowych informacji i wyjaśnień - pod warunkiem złożenia na piśmie stosownego wniosku, najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert, w sposób czytelny umożliwiający zapoznanie się z jego treścią w godzinach pracy od 7.30 do 15.05. Jeśli pytanie wpłynie po godzinie 15.05 za termin wniesienia uważać się będzie następnego dnia roboczego po dniu w którym wpłynęło pytanie - zgodnie z zasadą iż zamawiający obiektywnie rzecz biorąc mógł powziąć wiadomość dopiero dnia następnego. Każda odpowiedź na pisemne pytanie udzielona zostanie na piśmie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach dotyczących postanowień SIWZ: Monika Majka – tel./fax. (032) 351 23 45,
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
– Beata Rozwadowska lub Marta Albertyńska – tel. (032) 351 23 00, wew. 210.

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty (ofert) w postaci elektronicznej. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej, muszą być sporządzone czytelnie w języku polskim. Zaleca się, by

oferta i wszystkie załączniki zostały napisane na maszynie do pisania lub przedłożone w formie wydruku komputerowego, wraz z wpisaniem w odpowiednich miejscach niezbędnych danych i informacji według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ.

2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialny odpis).
3. **Z załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.** W razie nie spełnienia tego warunku zamawiający uzna, iż oferta została podpisana przez osobę nieuprawnioną, wobec czego oferta będzie podlegała odrzuceniu jako nieważna.
4. Zamawiający wymaga wypełnienia **wszystkich** formularzy.
5. Sposób wypełniania poszczególnych załączników:
 - a. *Formularz Oferty* - W pozycji „Dane Wykonawcy” może być użyta pieczęć firmowa. Kwota wpisana w punkcie 1 musi być ceną ostateczną oferty i zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
 - b. *Opis techniczny przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)* - Sporządzony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia prosimy uzupełnić i podpisać (będzie to oznaczało jednoznaczną akceptację zawartych tam warunków).
 - c. *Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2)* - Wykonawca powinien wypełnić lub sporządzić wg załączonego wzoru oświadczenie i podpisać.
 - d. *Oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Urzędu Skarbowego (załącznik nr 3)* - Wykonawca powinien wypełnić lub sporządzić wg załączonego wzoru oświadczenie.
 - e. *Oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (załącznik nr 4)* - Wykonawca powinien wypełnić lub sporządzić wg załączonego wzoru oświadczenie.
 - f. *Wykaz podwykonawców (załącznik nr 5)* - W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy pomocy podwykonawców należy wypełnić załącznik. W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie sam należy wpisać w ramce „Nie dotyczy”.
 - g. *Projekt umowy (załącznik nr 6)* – należy podpisać, będzie to oznaczało jednoznaczną akceptację zawartych tam warunków.
 - h. *Kalkulacja cenowa (załącznik nr 7)* - W szczegółowej kalkulacji cenowej należy podać ceny jednostkowe i ogółem netto, ceny brutto i VAT. Ceny należy podać w złotych polskich. Będzie to jedyna waluta rozliczeń bez możliwości stosowania przeliczników.
6. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie elementy oferty winny być związane w sposób trwały, uniemożliwiający ich samoistne rozsypanie się, tzn. zszyte, zbindowane.
8. Ofertę wraz załącznikami w jednym egzemplarzu należy złożyć w kopertach zamkniętych, nieprzejrzyistych, wytrzymałych, zabezpieczonych przed otwarciem przez osoby niepowołane, opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz następującą informacją.

**DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA
I URUCHOMIENIE SPRZĘTU LABORATORYJNEGO**

Nie otwierać przed

9. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

XI. Termin i miejsce składania i otwarcia Ofert

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub przesłać na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 957 Katowice, ul. Raciborska 39 **do dnia 02.09.2009r., do godziny 10.00.**

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, o **godzinie 10.30.** w budynku B, w pokoju nr 7b Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie o wyniku postępowania, a wybrany Wykonawca zostanie dodatkowo poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

XII. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym koszty dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia, transportu, załadunku i rozładunku, opakowania, ubezpieczenia, podatku VAT, szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wymienionych w pkt III SIWZ oraz ich bezpłatne serwisowanie w okresie gwarancyjnym.
2. Cena podana w pkt. 1 Formularza Oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena musi być podana w złotych polskich. Wszystkie ceny, netto i brutto, oraz kwoty podatku VAT wyszczególnione w ofercie winny zostać przez Wykonawcę przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie kierował się w trakcie oceny ofert

Po zbadaniu ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w SIWZ Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów:

- | | |
|---------------------|------------|
| a) cena | 70% |
| b) ocena techniczna | 30% |

Ad. A. cena obliczona zostanie według wzoru:

$$X = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badana}} \times 100 \times 70\%$$

Ad. b. Ocena techniczna obliczona zostanie według wzoru :

$$X = \frac{\text{Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę}}{\text{Ilość punktów możliwych do uzyskania}} \times 100 \times 30\%$$

Zamawiający dokona oceny technicznej na podstawie parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ w części parametry dodatkowo oceniane.

XIV. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.

XV. Miejsce realizacji zamówienia:

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach;
40 – 957 Katowice, ul. Raciborska 39

XVI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

XVII. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach ustalonych zadań.

XVIII. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.

XIX. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” – określające zasady wnoszenia protestów, odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, skarg do Sądu od orzeczeń zespołu arbitrów. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując Prawo zamówień publicznych od art. 179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 Prawa zamówień publicznych.

XX. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i prawa powszechnie obowiązującego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Urzędu Skarbowego.

załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 – Kalkulacja cenowa

Data

Podpis Dyrektora WSSE

Zadanie nr

FIRMA

ADRES

NIP REGON.....

FAX TEL.

e – mail STRONA WWW

FORMULARZ OFERTY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zamieszczone na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach oraz na stronie internetowej WSSE oraz na stronach portalu internetowego Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach ul. Raciborska **39** -(nazwa sprzętu z określonego zadania), szkolenie w zakresie jego obsługi i eksploatacji oraz bezpłatne serwisowanie w okresie gwarancyjnym oferujemy:

1. Realizację zamówienia opisanego w pkt III SIWZ, za cenę:

Netto zł. VAT.....zł Brutto zł.
słownie netto:..... zł.
słownie VAT: zł.
słownie brutto: zł.

2. Proponowany przez nas przedmiot zamówienia to
typ.....
produkcji firmy

3. Gwarancję w okresie: miesięcy od dnia montażu i sprawdzenia poprawności działania urządzenia protokołem odbioru .

4. Wykonanie zamówienia w terminie do dnia

5. 30 dniowy termin płatności za realizację zamówienia licząc od dnia otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, do której nie wnosimy zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej i w umowie warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Podwykonawcom **zamierzamy** powierzyć wykonania zamówienia w zakresie.....
/nie zamierzamy powierzyć wykonania zamówienia. Zamówienie wykonamy sami.*
10. Cena podana w pkt 1 jest ceną ostateczną i nie ulegnie zmianie do końca obowiązywania umowy.

Załączniki:

- a. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b. Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2).
- c. Oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (załącznik nr 3).
- d. Oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Urzędu Skarbowego (załącznik nr 4).
- e. opis techniczny przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
- f. Wykaz podwykonawców (załącznik nr 5).
- g. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 6).
- h. Kalkulacja cenowa (załącznik nr 7).
- i. Certyfikat zgodności z wymogami CE.

Data

Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....

ZADANIE NR 1

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych

Lp	Opis parametrów granicznych	TAK/NIE	Opis preferowanych parametrów
1	Jednoczesna amplifikacja min. 30 prób		
2	Zakres temperatur reakcyjnych: 40 - 98°C		
3	6 kanałów detekcyjnych: filtry interferencyjne o różnych długościach (zakres 470-700nm) dające możliwość wykonania reakcji multiplex PCR (min. 4 barwniki)		
4	Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (RealTime PCR)		
5	Urządzenie bezobsługowe: brak elementów zużywalnych w czasie		
6	System otwarty: - format detekcji: SYBR Green I, sondy hybrydazyjne, sonda Taqman, molecular beacon i inne - możliwość tworzenia aplikacji z użyciem odczynników niesystemowych		
7	Odczynniki systemowe i materiały zużywalne do oferowanego aparatu do diagnostyki na ok. 500 oznaczeń w kierunku wirusa grypy A, B, A/H1N1v, A/H1, A/H3. Zapewnienie sukcesywnego realizowania zamówienia w miarę potrzeb.		
8	Oprogramowanie do zaprojektowania, przeprowadzenia i analizy reakcji ilościowej wraz z komputerem i drukarką kolorową		
9	Dodatkowe oprogramowanie do projektowania sond fluorescencyjnych		
10	Wirówka do współpracy z systemem		
11	Gwarancja		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przynajmniej 24 miesiące ▪ Rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji w ciągu 48-godz. ▪ Naprawa lub wymiana wadliwych części w przeciągu 2-tyg. od formalnego zgłoszenia usterki. 		

12	Instrukcja obsługi		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w języku polskim. 		
13	Atesty i certyfikaty		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certyfikat zgodności z wymogami CE. 		
14	Szkolenie		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dwuetapowe – poinstalacyjne i uzupełniające po 1-3 miesiącach od instalacji. ▪ Koszt szkolenia ponosi oferent. ▪ Szkolenie w miejscu instalacji. 		

Nie spełnienie chociaż jednego z powyższych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Parametry dodatkowo punktowane

L.p.	Opis parametru	Ilość punktów	Oferowane parametry
1	Ramping time: 20°/sek., Możliwość ukończenia reakcji PCR w maks. 35 minut	- obecny – 20 pkt - brak – 0 pkt	
2	Czas detekcji jednej próbki	- do 20msek – 10 pkt - powyżej 20msek – 0 pkt	
3	Aparat posiada certyfikat CE-IVD	- obecny – 20 pkt - brak – 0 pkt	
4	Możliwość syntezy, na życzenie użytkownika, zestawów sond i starterów kompatybilnych z odczytnikami systemowymi do oferowanego aparatu	- obecna -10 pkt - brak – 0 pkt	
5	Zakres objętości reakcji	-10-100μl – 10 pkt - mniejszy – 0 pkt	

Powyższe parametry będą stanowiły podstawę do wyliczenia kryterium oceny technicznej.

.....
/ miejscowość data /

.....
/podpis osoby uprawnionej /

ZADANIE NR 2

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inkubator z atmosferą CO₂

Lp	Opis parametrów granicznych	TAK/NIE	Opis preferowanych parametrów
1	Pojemność: 150-170 l		
2	Pomiar stężenia CO ₂ : metodą spektrometrii w podczerwieni		
3	Zakres sterowania CO ₂ : min. 0-20%		
4	Czas powrotu do ustawionego parametru CO ₂ : maks. 5 minuty		
5	Sterowanie temperatury: zakres temperatury: min do +45°C		
6	Czas powrotu do zadanej temperatury: maks. 7 minut		
7	Wilgotność: od 95% przy 37°C		
8	Komora: wewnątrz ze stali nierdzewnej		
9	Wymiary zewnętrzne maksymalne: (wys. x szer. x gł.) 1100 x 760 x 660 mm		
10	Programowalny próg działania alarmów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ temperatury ▪ stężenia CO₂ 		
11	Dokładność sterowania temperaturą: - jednorodność maks. ± 0,3°C - krok programowania ± 0,1°C		
12	Ochrona przed zanieczyszczeniem: Filtry HEPA		
13	Reduktor ciśnienia		
14	Podstawa metalowa pod inkubator		
15	Gwarancja <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przynajmniej 24 miesiące ▪ Rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji w ciągu 48-godz. ▪ Naprawa lub wymiana wadliwych części w przeciągu 2-tyg. od formalnego zgłoszenia usterki. 		
16	Instrukcja obsługi <ul style="list-style-type: none"> ▪ w języku polskim. 		
17	Atesty i certyfikaty <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certyfikat zgodności z wymogami CE. 		
18	Szkolenie <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dwuetapowe – po instalacji inkubatora 		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koszt szkolenia ponosi oferent. ▪ Szkolenie w miejscu instalacji. 		
--	--	--	--

Nie spełnienie chociaż jednego z powyższych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty

Parametry dodatkowo punktowane

L.p.	Opis parametru	Ilość punktów	Oferowane parametry
1	Drzwi wewnętrzne szklane:	- nie dzielone – 10pkt. - dzielone – 0 pkt.	
2	Półki:	- 3 sztuki lub więcej – 10 pkt. - 2 sztuki – 5pkt. - 1 sztuka – 0 pkt.	
3	Kuweta:	- wyjmowana – 10 pkt. - nie wyjmowana – 0 pkt.	
4	Możliwość łatwego demontażu elementów wewnętrznych	- obecne – 10 pkt. - brak – 0 pkt.	
5	Drzwi: ogrzewanie drzwi, grzany próg przed drzwiami inkubatora	- obecne – 10 pkt - brak – 0 pkt	

Powyższe parametry będą stanowiły podstawę do wyliczenia kryterium oceny technicznej.

.....
/ miejscowość data /

.....
/podpis osoby uprawnionej /

ZADANIE NR 3

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OSOBISTA MIKROWIRÓWKA

Lp	Opis parametrów granicznych	TAK/NIE	Opis preferowanych parametrów
1	Obroty nastawne: co najmniej do 14 500 rpm		
2	Możliwość wirowania co najmniej 12 mikroprobówek o poj. 1,5/2 ml		
3	Czas wirowania nastawny: od 15s do 99 min		
4	Przejrzysty łatwy w obsłudze wyświetlacz cyfrowy czasu oraz prędkości obrotowej		
5	Cicha praca		
6	Wirnik autoklawowalny		
7	Wirnik i pokrywa wirnika odporne na chemikalia		
8	Zasilanie sieciowe: 230V/50-60 Hz		
9	Zestaw adapterów do mikroprobówek do PCR o poj. 0,2 ml		
10	Gwarancja		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przynajmniej 24 miesiące ▪ Rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji w ciągu 48-godz. ▪ Naprawa lub wymiana wadliwych części w przeciągu 2-tyg. od formalnego zgłoszenia usterki. 		
11	Instrukcja obsługi		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w języku polskim. 		
12	Atesty i certyfikaty		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certyfikat zgodności z wymogami CE. 		
13	Szkolenie		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dwuetapowe – poinstalacyjne i uzupełniające po 1-3 miesiącach od instalacji. ▪ Koszt szkolenia ponosi oferent. ▪ Szkolenie w miejscu instalacji. 		

Nie spełnienie chociaż jednego z powyższych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Parametry dodatkowo punktowane

L.p.	Opis parametru	Ilość punktów	Oferowane parametry
1	Wymiary (SxGxW)	- do 25 x 25 x 15 cm – 20pkt - powyżej 25 x 25 x 15 cm – 0 pkt	
2	Waga z wirnikiem	- do 5 kg – 10 pkt - powyżej 5 kg – 0 pkt	
3	System zmniejszający nagrzewanie i chroniący próbki wrażliwe na wysoką temperaturę	- obecny – 10 pkt - brak – 0 pkt	
4	Krótki program pracy	- obecny – 10 pkt - brak – 0 pkt	

Powyższe parametry będą stanowiły podstawę do wyliczenia kryterium oceny technicznej.

.....
/ miejscowość data /

.....
/podpis osoby uprawnionej /

ZADANIE NR 4

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termostat laboratoryjny z funkcją wytrząsania próbek

Lp	Opis parametrów granicznych	TAK/NIE	Opis preferowanych parametrów
1	Zakres termostatowania: Co najmniej od 13°C poniżej temperatury otoczenia do 99°C		
2	Funkcje: <ul style="list-style-type: none"> ▪ grzanie ▪ chłodzenie ▪ mieszanie 		
3	Najniższa nastawiana temperatura: co najmniej 1°C		
4	Częstotliwość mieszania nastawiana w zakresie: 300 – 1500 1/min		
5	Dokładność termostatu: ± 0,5°C		
6	Szybkość grzania: około 5°C na minutę		
7	Skok mieszania: maks. 3 mm		
8	Blok grzejny: na min. 24 probówki 1,5 ml		
9	Wymiary (SxGxW): maks. 30 x 30 x 20 cm		
10	Gwarancja <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przynajmniej 24 miesiące ▪ Rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji w ciągu 48-godz. ▪ Naprawa lub wymiana wadliwych części w przeciągu 2-tyg. od formalnego zgłoszenia usterki. 		
11	Instrukcja obsługi <ul style="list-style-type: none"> ▪ w języku polskim. 		
12	Atesty i certyfikaty <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certyfikat zgodności z wymogami CE. 		
13	Szkolenie <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dwuetapowe – poinstalacyjne i uzupełniające po 1-3 miesiącach od instalacji. ▪ Koszt szkolenia ponosi oferent. ▪ Szkolenie w miejscu instalacji. 		

Nie spełnienie chociaż jednego z powyższych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Parametry dodatkowo punktowane

Lp.	Opis parametru	Ilość punktów	Oferowane parametry
1	Wymiary: szerokość	- do 25 cm – 20 pkt - powyżej 25 cm – 0 pkt	
2	Waga bez przystawek	- do 4 kg – 10 pkt - powyżej 4 kg – 0 pkt	
3	Pobór mocy	- do 100 W – 10 pkt - powyżej 100 W – 0 pkt	

Powyższe parametry będą stanowiły podstawę do wyliczenia kryterium oceny technicznej.

.....
/ miejscowość data /

.....
/podpis osoby uprawnionej /

ZADANIE NR 5

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytwornica płatków lodu

Lp	Opis parametrów granicznych	TAK/NIE	Opis preferowanych parametrów
1	Wydajność: nie mniej niż 70 kg/24h		
2	Rodzaj chłodzenia: powietrze		
3	Pojemność zbiornika: od 25 kg		
4	Wymiary (S x G x W): maksymalnie 60 x 65 x 100 cm		
5	Wytwornica w pełni automatyczna		
6	W zestawie komplet przyłączy i zaworów		
7	Gwarancja		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przynajmniej 24 miesiące ▪ Rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji w ciągu 48-godz. ▪ Naprawa lub wymiana wadliwych części w przeciągu 2-tyg. od formalnego zgłoszenia usterki. 		
8	Instrukcja obsługi		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w języku polskim. 		
9	Atesty i certyfikaty		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certyfikat zgodności z wymogami CE. 		
10	Szkolenie		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dwuetapowe – poinstalacyjne i uzupełniające po 1-3 miesiącach od instalacji. ▪ Koszt szkolenia ponosi oferent. ▪ Szkolenie w miejscu instalacji. 		

Nie spełnienie chociaż jednego z powyższych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Parametry dodatkowo punktowane

Lp.	Opis parametru	Ilość punktów	Oferowane parametry
1	Waga	- do 55 kg – 10 pkt - powyżej 55 kg – 0 pkt	
2	Obecność filtra wodnego	- obecny – 10 pkt - brak – 0 pkt	
3	Szerokość	- poniżej 55 cm – 10 pkt - powyżej 55 cm – 0 pkt	

Powyższe parametry będą stanowiły podstawę do wyliczenia kryterium oceny technicznej.

.....
/ miejscowość data /

.....
/podpis osoby uprawnionej /

Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres):

Załącznik nr 2

.....
.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” poniżej 133 000 na „dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego opisanego w załączniku nr 1” oświadczam, że podmiot który reprezentuję spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP:

- 1) **posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,**
- 2) **posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,***
- 3) **znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,**
- 4) **nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.**

** w przypadku korzystania z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, które zostaną udostępnione przez inne podmioty, Wykonawca załączy do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.*

.....
/miejscowość, data/

.....
/podpis osoby uprawnionej/

Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres):

Załącznik nr 3

.....
.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, mającym za przedmiot: „dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego opisanego w załączniku nr 1” oświadczam, że podmiot który reprezentuję, nie zalega z opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

.....
/ miejscowość, data /

.....
/ podpis osoby uprawnionej /

Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres):

Załącznik nr 4

.....
.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, mającym za przedmiot: „dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego opisanego w załączniku nr 1" oświadczam, że podmiot który reprezentuję, nie zalega z opłatami wobec Urzędu Skarbowego.

.....
/ miejscowość, data /

.....
/ podpis osoby uprawnionej /

Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres):

Załącznik nr 5

.....
.....
.....
.....

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Lp.	Zakres zamówienia wykonywany przez podwykonawcę
1.	
2.	
3.	
4.	

.....
/ miejscowość data /

.....
/ podpis osoby uprawnionej /

PROJEKT UMOWY
WSSE K – ce EA/A/ / 09

zawarta w Katowicach w dniu 2009r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach z siedzibą przy ul. Raciborskiej 39; 40- 957 Katowice; Regon 000296880; NIP 634-10-45-231,
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
lek. med. Grzegorza Hudzika – Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach
a firmą

Regon; NIP
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

uprawnionym do wykonania zamówienia na podstawie oferty złożonej w dniu 2009r. i wygranego postępowania zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro rozstrzygniętego w dniu

§ 1

1. Umowa zawarta zostaje na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy wraz z załącznikami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed Zamawiającym – Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach , stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) dostarczyć, zamontować i uruchomić **urządzenie** (w zależności od zadania) typ produkcji firmy
 - 2) przeszkolić w dwóch etapach wyznaczony personel laboratoryjny w zakresie obsługi i eksploatacji powyższego urządzenia w miejscu instalacji wg postanowień zawartych w SIWZ.
3. Zakres dostawy i usługi w dalszej części umowy zwany jest „Przedmiotem Umowy”.
4. Ustala się cenę wykonania przedmiotu umowy na kwotę:

.....zł. netto

słownie: zł. /100

VAT zł.

słownie:zł. /100

..... zł. brutto

słownie: zł. /100
5. Cena Przedmiotu Umowy wskazana w § 1.4 jest ostateczna, ryczałtowa, obejmuje także koszty jego transportu, montażu, instalacji, uruchomienia, opakowania, ubezpieczenia, podatku oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi i eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz bezpłatne serwisowanie w okresie gwarancyjnym.
6. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest dobrej jakości, nowy i wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

7. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne Przedmiotu Umowy są zgodne z określonymi w specyfikacji urządzenia dołączonej do oferty, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiający zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia
2. Dzień dostawy podany zostanie przez Wykonawcę Zamawiającemu drogą fax-u na numer 032/ 351 23 45 z 2 dniowym uprzedzeniem. W dniu dostawy dokonany będzie montaż, uruchomienie i instalacja urządzenia.
3. Pierwszy etap szkolenia personelu odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty zainstalowania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2.
4. W imieniu Zamawiającego osoba uprawnioną do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest Pani Beata Rozwadowska lub Pani Marta Albertyńska .
5. Wykonanie Przedmiotu Umowy stwierdzone zostanie protokołem zdawczo - odbiorczym.
6. Za termin realizacji umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie Strony.
7. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru dobrej jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.
8. Wykonawca zapewnia niezwłoczną to jest nie później niż w ciągu 2 dni roboczych reakcję na wszelkie **reklamacje** Zamawiającego dotyczące stanu urządzenia.
9. W przypadku **reklamacji** dotyczących jakości urządzenia zobowiązuje się nie później niż w ciągu dni roboczych od daty otrzymania reklamacji dostarczyć urządzenie dobrej jakości.
10. Strony akceptują komunikowanie się przy użyciu fax-u na numery:
Dla Zamawiającego - 032/ 351 23 45.
Dla Wykonawcy –
11. Wykonawca poinformuje drogą faksu lub telefonicznie Zamawiającego o dniu i godzinie dostarczenia urządzenia.

§ 3

Sprzedaż zostanie zrealizowana na bazie franco siedziba Zamawiającego.

§ 4

1. Na Przedmiot Umowy opisany w § 1 Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy od dnia montażu i sprawdzenia poprawności działania dostarczonego urządzenia.
2. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu ustawowej rękojmi.
3. Rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji w ciągu 48-godz. od zgłoszenia usterki.
4. Naprawa lub wymiana wadliwych części w przeciągu 2-tyg. od formalnego zgłoszenia usterki.

§ 5

1. Zapłata ceny w wysokości wskazanej w §1.4. umowy nastąpi na podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury, w terminie **30 dni** od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.....
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez obie Strony protokół zdawczo – odbiorczy, o którym w §2.5.
3. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający dał swojemu bankowi polecenie dokonania przelewu należnej kwoty na konto Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną :
 - a) Za opóźnienie w wykonaniu w wysokości 0,2% ceny netto za Przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia.
 - b) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% ceny netto za Przedmiot Umowy.
 - c) niezależnie od powyższej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.
4. Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.
5. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
6. Gdy okoliczności „ siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązać się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub części bez prawa do odszkodowania.
7. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jego wykonanie i końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione przez obie Strony umowy.

§ 7

1. Reklamacje związane z wykonaniem Umowy składane będą Wykonawcy za pośrednictwem fax-u na numer Pisma kierowane będą na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach powyższych danych pod rygorem uznania pism wysłanych na adres lub numer fax-u podany w umowie za skutecznie dokonane.
2. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w Przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

§ 8

1. Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą przez Strony rozstrzygane polubownie.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia zaistniałego sporu polubownie będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Jednocześnie Strony oświadczają, że nie będą dokonywać zmiany postanowień do umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano zamówienia, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik do niniejszej umowy:

- oferta wykonania zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wykonawca:

Zamawiający:

AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY

.....
Data i podpis osoby uprawnionej

