

# WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

[wsse.katowice@pis.gov.pl](mailto:wsse.katowice@pis.gov.pl)

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

EA-A-332-3321-13-6/09

Katowice, 27.08.2009r.

*Sekretariat PWIS*

032 351 23 15

*Główny Specjalista ds. Systemu*

*Jakości*

032 351 23 54

*Kierownik Działu Nadzoru*

*Sanitarnego*

032 351 23 54

*Oddział Epidemiologii*

032 351 23 10

*Oddział Higieny Żywności,*

*Żywienia i Przedmiotów Użytku*

032 351 23 24

*Oddział Higieny Komunalnej*

*i Środowiska*

032 351 23 04

*Oddział Higieny Pracy*

032 351 23 28

*Oddział Higieny Dzieci*

*i Młodzieży*

032 257 04 05

*Oddział Zapobiegawczego*

*Nadzoru Sanitarnego*

032 351 23 20

*Oddział Higieny Radiacyjnej*

032 351 23 27

*Oddział Oświaty Zdrowotnej*

032 251 51 08

*Dział Laboratoryjny*

032 351 23 34

*Punkt informacyjny*

032 351 23 00

*Oddział Ekonomiczny*

032 351 23 09

*Oddział Administracyjny*

032 351 23 40

*Sekcja ds. Zamówień*

*Publicznych*

tel./fax: 032 351 23 45

*Sekcja Kadr i Szkolenia*

032 351 23 38

*Sekcja Organizacji i Kontroli*

032 351 23 39

*Kasa*

032 351 23 42

*fax :*

032 351 23 02

032 351 23 18

## Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 EURO na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego, nr EA – A - 332 – 3321 – 13/09.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące zapisów SIWZ:

### Zadanie nr 2

#### Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza inkubator o głębokości 722mm (wymiar zewnętrzny)?
2. Czy Zamawiający dopuszcza brak systemu filtracyjnego z filtrem Hepa, który to jest zbyteczny w przypadku zastosowania systemu Permady, cechującego się tym, że:
  - woda w waniencie jest ogrzewana powietrzem z boku,
  - dzięki doprowadzeniu do wanienci chłodzenia powietrzem od spodu, występuje zjawisko konwekcji powietrza (nie ma konieczności stosowania wentylatorów w komórce inkubacyjnej),
  - dzięki konwekcji, skondensowana para wodna gromadzi się w całości w waniencie (para nie kondensuje się ani na ścianach komory ani na naczyniach hodowlanych),
  - nie ma możliwości występowania zjawiska wysychania,
  - wszystkie zanieczyszczenia mogące powodować kontaminację dzięki cyrkulacji, są kierowane do waniek zbiorczych i tam zatrzymywane.

### **Odpowiedź 1**

1. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie inkubatora o głębokości 722mm.
2. Nie, Zamawiający nie dopuszcza braku systemu filtracyjnego.

### **Zadanie nr 1**

#### **Pytanie 2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie amplifikatora DNA z detekcją w czasie rzeczywistym, który działa w systemie wirówkowym i nie wymaga niezależnej osobnej wirówki do przygotowania prób? Czy Zamawiający w takim przypadku odstąpi od wymogu zaferowania niezależnej wirówki?

#### **Odpowiedź 2**

1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie amplifikatora DNA z detekcją w czasie rzeczywistym, który działa w systemie wirówkowym i nie wymaga niezależnej osobnej wirówki do przygotowania prób. Tak, w takim przypadku Zamawiający odstępuje od wymogu zaferowania niezależnej wirówki.