

# WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

[wsse.katowice@pis.gov.pl](mailto:wsse.katowice@pis.gov.pl)

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

EA-A-332-3321-13-13/09

Katowice, 31.08.2009r.

*Sekretariat PWIS*  
032 351 23 15

*Główny Specjalista ds. Systemu  
Jakości*  
032 351 23 54

*Kierownik Działu Nadzoru  
Sanitarnego*  
032 351 23 54

*Oddział Epidemiologii*  
032 351 23 10

*Oddział Higieny Żywności,  
Żywienia i Przedmiotów Użytku*  
032 351 23 24

*Oddział Higieny Komunalnej  
i Środowiska*  
032 351 23 04

*Oddział Higieny Pracy*  
032 351 23 28

*Oddział Higieny Dzieci  
i Młodzieży*  
032 257 04 05

*Oddział Zapobiegawczego  
Nadzoru Sanitarnego*  
032 351 23 20

*Oddział Higieny Radiacyjnej*  
032 351 23 27

*Oddział Oświaty Zdrowotnej*  
032 251 51 08

*Dział Laboratoryjny*  
032 351 23 34

*Punkt informacyjny*  
032 351 23 00

*Oddział Ekonomiczny*  
032 351 23 09

*Oddział Administracyjny*  
032 351 23 40

*Sekcja ds. Zamówień  
Publicznych*  
tel./fax: 032 351 23 45

*Sekcja Kadr i Szkolenia*  
032 351 23 38

*Sekcja Organizacji i Kontroli*  
032 351 23 39

*Kasa*  
032 351 23 42

*fax :*  
032 351 23 02  
032 351 23 18

## Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 EURO na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego, nr EA – A - 332 – 3321 – 13/09.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące zapisów SIWZ:

### Zadanie nr 2

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o głębokości zewnętrznej wynoszącej 670mm?

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie wyraża zgody, na dopuszczenie inkubatora CO2 o głębokości wynoszącej 670mm.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o pojemności 190L?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO2 o pojemności 190L.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o wymiarach zewnętrznych: 700 x 805 x 773 mm (szer. x wys. x gł.)?

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO2 o wymiarach zewnętrznych: 700 x 805 x 773mm(szer. x wys. x gł.).

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO<sub>2</sub> o wymiarach zewnętrznych: 615 x 680 x 865mm (szer. x wys. x gł.)?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO<sub>2</sub> o wymiarach zewnętrznych 615 x 680 x 865mm(szer. x wys. x gł.).

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO<sub>2</sub> z jednorodnością temperatury wynoszącą  $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ ?

**Odpowiedź 5**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO<sub>2</sub> z jednorodnością temperatury wynoszącą  $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ .

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO<sub>2</sub> z sterylizacją UV w miejsce filtracją HEPA?

**Odpowiedź 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO<sub>2</sub> z sterylizacją UV w miejsce filtracją HEPA.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO<sub>2</sub> o wymiarach zewnętrznych: 650 x 670 x 1010mm (szer. x wys. x gł.)?

**Odpowiedź 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO<sub>2</sub> o wymiarach zewnętrznych 650 x 670 x 1010mm.

**Zadanie nr 5**

**Dot. Wytwornicy płatków lodu.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wytwornicy płatków lodu o wydajności 60kg/h?

**Odpowiedź 8**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wytwornicy płatków lodu o wydajności 60kg/h.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach: 76 x 63 x 105(h)cm, i zbiorniku o pojemności 38L? Urządzenie posiada pozostałe parametry lepsze od

wymaganych w specyfikacji, m. in. wydajność 80kg/24h?

**Odpowiedź 9**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o pojemności zbiornika 20l i wydajność 80kg/h i wymiarach zewnętrznych: 70 x 55 x 80Hcm?

**Odpowiedź 10**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zadanie nr 3**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia powyżej 21, ale poniżej 50 dni?

**Odpowiedź 11**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o czasie wirowania nastawnym w zakresie od 1 do 99min?

**Odpowiedź 12**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zadanie nr 5**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia powyżej 21, ale poniżej 70 dni z uwagi na fakt, iż oferowane urządzenie trzeba transportować drogą morską z USA?

**Odpowiedź 13**

Zamawiający nie wyraża zgody.