

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

 wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, 10.07.2009r.

Sekretariat PWIS
032 351 23 15

*Główny Specjalista ds. Systemu
Jakości*
032 351 23 54

*Kierownik Działu Nadzoru
Sanitarnego*
032 351 23 54

Oddział Epidemiologii
032 351 23 10

*Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku*
032 351 23 24

*Oddział Higieny Komunalnej
i Środowiska*
032 351 23 04

Oddział Higieny Pracy
032 351 23 28

*Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży*
032 257 04 05

*Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego*
032 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej
032 351 23 27

Oddział Oświaty Zdrowotnej
032 251 51 08

Dział Laboratoryjny
032 351 23 34

Punkt informacyjny
032 351 23 00

Oddział Ekonomiczny
032 351 23 09

Oddział Administracyjny
032 351 23 40

*Sekcja ds. Zamówień
Publicznych*
tel./fax: 032 351 23 45

Sekcja Kadr i Szkolenia
032 351 23 38

Sekcja Organizacji i Kontroli
032 351 23 39

Kasa
032 351 23 42

fax :
032 351 23 02
032 351 23 18

EA-A-332-3321- 11- 4 /O9

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 EURO na dostawę i transport szkła laboratoryjnego nr postępowania EA – A - 332 – 3321 – 11 /09.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytanie dotyczące zapisów SIWZ do załącznika nr 4 .

Pytanie 1

Pakiet 3

Pozycja 1,2,3,4,5

Jaki typ pipet zamawiający ma na myśli

Z wyływem całkowitym punkt „0” u góry

Z wyływem całkowitym pojemność nominalna u góry

Z wyływem częściowym punkt „0” u góry

Pozycja 6

Z wyływem całkowitym punkt „0” u góry

Z wyływem całkowitym pojemność nominalna u góry

Czy pipety pomiarowe mają mieć wzmocnione końcówki (zapobiegające stłuczeniom) i obtopione ustniki.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia;

- Poz.1 i 2 - zamawiający wskazuje na typ pipet - z wyływem całkowitym, punkt „0” u góry

- Poz. 3, 4, 5, 6 – wymienione w zapytaniu typy nie dotyczą pipet jednomiarowych (opis w specyfikacji zamawiającego prawidłowy)

Pipety pomiarowe mają mieć wzmocnione końcówki i obtopione ustniki.

Pytanie 2

Pakiet 1

Norma ISO/FDIS 1042 wymaga, aby kolby miarowe posiadały naniesioną na szkle informację o rodzaju szkła, z jakiego zostały wykonane.

Czy Zamawiający wymaga naniesienia takiej informacji zgodnie z powyższą normą?

Odpowiedź 2

W pakiecie nr 1 zamawiający określił rodzaj szkła tj. borokrzemianowe DURAN z jakiego mają być wykonane kolby miarowe. Zamawiający wymaga naniesienia na szkle informacji o rodzaju szkła z jakiego zostały one wykonane.

Pytanie 3

Pakiet 2

Norma PN-EN ISO 4788 wymaga, aby cylindry pomiarowe posiadały naniesioną na szkle informację o rodzaju szkła, z jakiego zostały wykonane.

Czy zamawiający wymaga naniesienia takiej informacji zgodnie z powyższą normą?

Odpowiedź 3

W pakiecie nr 2 zamawiający nie podał rodzaju szkła, z jakiego mają być wykonane cylindry pomiarowe, w związku z tym nie wymaga takiej informacji naniesionej na szkło.

Pytanie 4

Pakiet 1,2,3

Czy kontrola jakości producenta ma być zgodna z DIN ISO 3951 (dopuszczająca nie więcej niż 4 sztuki wadliwe na 1000 wyprodukowanych)?

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga kontroli jakości producenta zgodną z DIN ISO 3951 (dopuszczającą nie więcej niż 4 sztuki wadliwe na 1000 wyprodukowanych).

Pytanie 5

Pakiet 1,2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (DzU. nr 3 z dn. 9.01.2008, pozycja 13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli) szkło pomiarowe nie podlega prawnej kontroli metrologicznej.

W związku z tym prosimy o odstąpienie od żądania cechy legalizacji w pozycjach, gdzie została wyspecyfikowana.

Odpowiedź 5

Zamawiający odstępuje od żądania cechy legalizacji w pozycjach, gdzie została wyspecyfikowana.

MODYFIKACJA

Na podst. art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 w następujący sposób: w załączniku nr 4 kolumnie nr 2 wykreśla się zapis:

w pakiecie nr 1:

w poz. 1 „i cecha legalizacji” ,

w poz. 5 „i cecha legalizacji” ,

w poz. 7 „i cecha legalizacji” ,

w poz. 9 „i cecha legalizacji” ;

w pakiecie nr 2:

w poz. 5 „i cecha legalizacji”

w poz. 6 „i cecha legalizacji”

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza jako produkt równoważny szkło borokrzemianowe zamiast szkła borokrzemianowego DURAN?

Odpowiedź 6

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę asortymentu wymienionego w załączniku nr 4, ze szkła borokrzemianowego DURAN na wyroby ze szkła borokrzemianowego.

Zamawiający ponadto informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wprowadza modyfikację załącznika nr 4 w sposób zgodny z ww. odpowiedziami na pytania. Zmodyfikowany załącznik znajduje się w załączeniu do niniejszego pisma.